

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
23	Свинец (Рв, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,00060±0,00020	не более 0,03	ГОСТ 31866-2012
24	Гексахлорбензол	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,001**	не более 0,001	ГОСТ 31858-2012
25	ДДТ ( сумма изомеров )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0001**	не более 0,002	ГОСТ 31858-2012

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахтямова А. М., зав. лабораторией

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Образец поступил 08.07.2020 16:30

Регистрационный номер пробы в журнале 3062

дата начала испытаний 08.07.2020 16:30 дата выдачи результата 09.07.2020 09:34


1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Хуснутдинова И. А., зав. лабораторией

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Иззатова Л. Д., фельдшер-лаборант